


BELANGRIJK

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING EN TERUGROEP ACTIE

WENZHOU AIE MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY

KN95 MASKS



Het is ons bekend geworden dat de Wenzhou AIE Medical Device Technology KN95 maskers niet conform de Europese regelgeving zijn en aldus niet het vereiste beschermingsniveau van het FFP2 masker bieden en onvoldoende bescherming tegen COVID.

De betrokken mondkmaskers hebben de EAN Code 6973080410011 en het batch nummer 20200501 en waren in omloop sinds mei 2020.

Gelieve meteen te stoppen met het product te gebruiken en het terug te sturen naar de handelaar waar u het gekocht heeft voor een volledige terugbetaling van de aankoopprijs.

Indien u vragen heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met Info Global BV via onderstaande contactgegevens.

Teneinde de veiligheid van de producten en consumenten te waarborgen, danken wij u voor uw medewerking en verontschuldigen we ons voor het ongemak.

Info Global BV

Park Lake D - Culliganlaan 2D/8 - 1831 Diegem, Brussels

www.infogroupglobal.com

info@infogroupglobal.com


0489 37 32 96

IMPORTANT

ALERTE SECURITE ET ACTION DE RAPPEL

WENZHOU AIE MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY

MASQUES KN95



Il a été porté à notre attention que les masques KN95 de Wenzhou AIE Medical Device Technology ne sont pas conformes à la réglementation européenne et ne fournissent donc pas le niveau de protection requis du masque FFP2. Ils ne vous protègent pas assez contre le COVID.

Les masques concernés portent le code EAN 6973080410011 et le numéro de lot 20200501 et étaient en circulation depuis mai 2020.

Veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit et le renvoyer au revendeur où vous l'avez acheté pour un remboursement complet du prix d'achat.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Info Global BV en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Afin de garantir la sécurité des produits et des consommateurs, nous vous remercions de votre coopération et nous nous excusons pour tout inconvénient.

Info Global BV

Park Lake D - Culliganlaan 2D/8 - 1831 Diegem, Brussels

www.infogroupglobal.com

info@infogroupglobal.com


0489 37 32 96

IMPORTANT

SAFETY WARNING AND RECALL ACTION

WENZHOU AIE MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY

KN95 MASKS



It has come to our attention that the Wenzhou AIE Medical Device Technology KN95 masks do not comply with European regulations and therefore do not provide the required level of protection of the FFP2 mask and no sufficient protection against COVID.

The affected mouth masks have the EAN code 6973080410011 and the batch number 20200501 and were in circulation since May 2020.

Please stop using the product immediately and return it to the retailer from whom you purchased it for a full refund of the purchase price.

If you have any questions, please do not hesitate to contact Info Global BV using the contact details below.

To ensure product and consumer safety, we thank you for your cooperation and apologise for any inconvenience.

Info Global BV

Park Lake D - Culliganlaan 2D/8 - 1831 Diegem, Brussels

www.infogroupglobal.com

info@infogroupglobal.com

0489 37 32 96